

Laboratuvar Test Değişiklikleri

(07.07.2025)

	Test kodu	Test adı	İsim Değişikliği	Yöntem Değişikliği	Çalışma/Raporlama Tarihi	Örnek ile ilgili Değişiklikler	Referans Aralık Değişiklikleri	Ek Bilgilerde Güncelleme	Yeni Tanımlanan Testler	İnternalize Testler	Yeniden Aktiflenen Testler	Pasiflenen Testler
1	C8614701	Anti-Kardiyolipin IgM Antikoru (ACA IgM)					X					
2	C8614702	Anti-Kardiyolipin IgG Antikoru (ACA IgG)					X					
3	C8424401	Renin, Direkt (Aktif Renin)					X					
4	C8407802	Alkalen Fosfataz, Kemik İzoenzimi					X					
5	C8252304	Beta-crosslaps (Beta-CTx)				X	X					
6	C8554001	Lökosit Alkalen Fosfataz Boyası								X		
7	C8780008	HPV DNA Tiplendirme (PCR), Biyopsi Materyali		X								
8	C8818099	HPV DNA Tiplendirme (PCR), Konsantre İdrar		X								
9	C8780010	HPV DNA Tiplendirme (PCR), Liqui-Prep		X								
10	C8780011	HPV DNA Tiplendirme (PCR), Parafin Kesit		X								
11	C8780012	HPV DNA Tiplendirme (PCR), Sürüntü		X								
12	C8780013	HPV DNA Tiplendirme (PCR), Thin Prep		X								

1

Anti-Kardiyolipin IgM Antikoru (ACA IgM)

Test Kodu : 8614701 - Laboratuvar Hizmetleri

Yöntem : EİA - Çalışma Günü : Sal 08:00 Per 08:00 - Raporlama Tarihi : Çar 18:00 Cum 18:00

Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma
Serum	Jelli Tüp	1mL	2-8°C

Ek Bilgiler

Referans Aralıkları

Normal Değerler		
Alt Değer		Birim
		AU/mL
Özel Değerler		
Açıklama	Alt Değer	Üst Değer
NEGATİF	<8	
SINIR DEĞER	8	10
POZİTİF		>10

2

Anti-Kardiyolipin IgG Antikoru (ACA IgG)

Test Kodu : 8614702 - Laboratuvar Hizmetleri

Yöntem : EİA - Çalışma Günü : Sal 08:00 Per 08:00 - Raporlama Tarihi : Çar 18:00 Cum 18:00

Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma
Serum	Jelli Tüp	1mL	2-8°C

Ek Bilgiler

Referans Aralıkları

Normal Değerler		
Alt Değer		Birim
		AU/mL
Özel Değerler		
Açıklama	Alt Değer	Üst Değer
NEGATİF	<8	
SINIR DEĞER	8	10
POZİTİF		>10

3

Renin, Direkt (Aktif Renin)

Test Kodu : 8424401 - Laboratuvar Hizmetleri

Yöntem : CLIA - Çalışma Günü : Pzt 08:00 Çar 08:00 Cum 08:00 - Raporlama Tarihi : Sal 18:00 Per 18:00 Pzt 18:00

Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma
Plazma (EDTA), Dondurulmuş	EDTA-Mor Kapak	1mL	<0°C

Ek Bilgiler

Referans Aralıkları

Özel Değerler

Açıklama	Alt Değer	Üst Değer	Birim
Ayakta	5.3	99.1	uIU/mL
Yatarak	4.2	59.7	uIU/mL

4

Alkalen Fosfataz, Kemik İzoenzimi

Test Kodu : 8407802 - Laboratuvar Hizmetleri

Yöntem : CLIA - Çalışma Günü : Cum 08:00 - Raporlama Tarihi : Pzt 18:00

Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma
Serum, Dondurulmuş	Jelli Tüp	1mL	<0°C

Ek Bilgiler

Referans Aralıkları

Normal Değerler

Cinsiyet	Yaş Aralığı	Alt Değer	Üst Değer	Birim
E	6-9 YIL	48.6	140.4	ug/L
E	6 AY - 2 YIL	31.6	122.6	ug/L
E	2-6 YIL	31.3	103.4	ug/L
E	9-12 YIL	48.8	155.5	ug/L
E	12-15 YIL	27.8	210.9	ug/L
E	15-17 YIL	15.3	126.8	ug/L
E	17-24 YIL	10	28.8	ug/L
E	24-120 YIL	5.7	32.9	ug/L
K	6 AY - 2 YIL	33.4	145.3	ug/L
K	2-6 YIL	32.9	108.6	ug/L
K	6-9 YIL	36.3	159.4	ug/L
K	9-12 YIL	44.2	163.3	ug/L
K	12-15 YIL	14.8	136.2	ug/L
K	15-17 YIL	10.5	44.8	ug/L

Özel Değerler

Cinsiyet	Açıklama	Alt Değer	Üst Değer	Birim
K	Premenopoz	4.7	27	ug/L
K	Postmenopoz	5.5	27.1	ug/L

5	Beta-Crosslaps (Beta-CTx) Test Kodu : 8252304 - Laboratuvar Hizmetleri			
	Yöntem : ECLIA - Çalışma Günü : Per 08:00 - Raporlama Tarihi : Cum 18:00			
	Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma
	Serum, Dondurulmuş	Jelli Tüp	1mL	<0°C

6	Lökosit Alkalen Fosfataz Boyası Test Kodu : 8554001 - Laboratuvar Hizmetleri			
	Yöntem : MİKROSKOPİ - Çalışma Günü : Pzt-Per 08:00 Cum 08:00 - Raporlama Tarihi : 1 hafta sonra			
	Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma
	Tam Kan (Heparin)	Heparin-Yeşil Kapak	5mL	18-24°C

7	HPV DNA Tiplendirme (PCR), Biyopsi Materyali Test Kodu : 8780008 - Laboratuvar Hizmetleri			
	Yöntem : PCR - Çalışma Günü : Pzt-Cum 12:00 - Raporlama Tarihi : 10 gün sonra			
	Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma
	Biyopsi Materyali	Plastik Kap		2-8°C

8	HPV DNA Tiplendirme (PCR), Konsantre İdrar Test Kodu : 8818099 - Laboratuvar Hizmetleri			
	Yöntem : PCR - Çalışma Günü : Pzt-Cum 12:00 - Raporlama Tarihi : 7 gün sonra			
	Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma
	İdrar	Steril Tüp	30mL	2-8°C

9	HPV DNA Tiplendirme (PCR), Liqui-Prep Test Kodu : 8780010 - Laboratuvar Hizmetleri			
	Yöntem : PCR - Çalışma Günü : Pzt-Cum 12:00 - Raporlama Tarihi : 10 gün sonra			
	Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma
	Liqui-Prep	Laboratuvara danışınız		2-8°C

10	HPV DNA Tiplendirme (PCR), Parafin Kesit Test Kodu : 8780011 - Laboratuvar Hizmetleri		
	Yöntem : PCR - Çalışma Günü : Pzt-Cum 12:00 - Raporlama Tarihi : 10 gün sonra		
	Örnek Adı	Kap	Miktar
	Parafin Kesit	Plastik Kap	Taşıma
			2-8°C

11	HPV DNA Tiplendirme (PCR), Sürüntü Test Kodu : 8780012 - Laboratuvar Hizmetleri		
	Yöntem : PCR - Çalışma Günü : Pzt-Cum 12:00 - Raporlama Tarihi : 10 gün sonra		
	Örnek Adı	Kap	Miktar
	Sürüntü	Nucliswab	Taşıma
			2-8°C

12	HPV DNA Tiplendirme (PCR), Thin Prep Test Kodu : 8780013 - Laboratuvar Hizmetleri		
	Yöntem : PCR - Çalışma Günü : Pzt-Cum 12:00 - Raporlama Tarihi : 10 gün sonra		
	Örnek Adı	Kap	Miktar
	Thin Prep	Thin Prep	Taşıma
			2-8°C

